AESCULAP®
IMPLANTATE
IMPLANTS IMPLANTES

AESCULAP AG & CO. KG
AM AESCULAP-PLATZ
78532 TUTTLINGEN/GERMANY
TELEFON (07461)95-0.TELEX 762 608 aesc d
TELEFAX (07461) 95-2600

CE 0123

TA 006 057 198/30

Wichtige Information!

Das Implantat ist aus vacuumerschmolzenem, hochreinem Chrom-Nickel-Molybdän-Edelstahl hergestellt. Das Material entspricht den Normen DIN 17 443 und ISO 5832/I grade B (AISI 316 LVM) Werkstoffe für Implantate.

Die Oberfläche ist chemisch passiv, nicht magnetisch.

Kann mit Implantaten kombiniert werden, die aus genormten Chrom-Nickel-Molybdän-Edelstählen hergestellt sind, deren Zusammensetzung innerhalb der in DIN 17 443 bzw. ISO 5832/I grade B (AISI 316 LVM) festgelegten Richtanalyse liegt und die in den Abmessungen den geltenden DIN- und ISO-Normen entsprechen.

Es wird darauf hingewiesen, daß Implantate ihre Funktion nur dann erfüllen können, wenn folgende grundlegende Regeln beachtet werden:

- **Der Auswahl der geeigneten Implantate ist besondere Beachtung zu schenken. Sie sollte dem Gewicht, dem Aktivitätsgrad des Patienten und dem zu versorgenden Knochendefekt angepaßt werden.**
- **Es ist darauf zu achten, daß die vom Implantat zu übertragenden Kräfte durch geeignete Wahl der Biomechanik möglichst gering gehalten werden.**
- **Eine Beschädigung der Implantate ist zu vermeiden. Ausnahmsweise kann bei entsprechender Sorgfalt ein vorsichtiges Biegen unter Vermeidung mehrfacher Verformung erfolgen.**
- **Eine Wiederverwendung von Implantaten ist nicht zulässig.**
- **Es wird dringendst geraten, den Patienten über die Vor- und Nachteile von Implantaten zu informieren. Er ist darauf hinzuweisen, daß wegen ihrer begrenzten Festigkeit die Belastung mit dem Körpergewicht zu vermeiden ist und daß die Nichtbeachtung dieser Vehaltensweise schwerwiegende Folgen haben kann.**

CE 0123

CE-Kennzeichnung gemäß Richtlinie 93/42/EWG